

計量証明書



発行日 2022年10月20日

計量証明事業登録 福島県第環35号(濃度)
株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

環境計量士 岩澤 潤



有限会社 芦名商会

様

郵便番号

住所

電話番号

依頼日 2022年10月14日 貴依頼による試料の計量結果について下記の通り証明致します。

採水場所	矢巾事業所 場内洗浄水					採取区分	環境営業部
試料	排水	天候	晴れ	持込区分	環境営業部		
採水者	山田 菜奈美	採水日	2022年10月14日 11:24	気温	17.0 °C	水温	17.5 °C

計量対象	単位	試験結果	計量方法
水素イオン濃度 [pH]		7.6(24.2°C)	JIS K 0102 12.1
生物学的酸素要求量 [BOD]	mg/L	1.1	JIS K 0102 21及び32.3
化学的酸素要求量 [COD]	mg/L	1.5	JIS K 0102 17
浮遊物質量 [SS]	mg/L	<5	S46環告第59号付表9
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 [鉱油類含有量]	mg/L	<0.5	S49環告第64号付表4
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 [動植物油脂類含有量]	mg/L	<0.5	S49環告第64号付表4
フェノール類含有量	mg/L	<0.5	JIS K 0102 28.1.3
銅含有量	mg/L	<0.3	JIS K 0102 52.5
亜鉛含有量	mg/L	<0.2	JIS K 0102 53.4
溶解性鉄含有量	mg/L	<1	JIS K 0102 57.4
溶解性マンガン含有量	mg/L	<1	JIS K 0102 56.5
クロム含有量	mg/L	<0.2	JIS K 0102 65.1.5
* 大腸菌群数	個/cm ³	0	S37厚生省・建設省令第1号
窒素含有量 [T-N]	mg/L	1.4	JIS K 0102 45.6
磷含有量 [T-P]	mg/L	0.18	JIS K 0102 46.3.4

*は計量法第107条の計量証明対象外

試験期間 2022年10月14日 ~ 2022年10月20日